Malbork, 23.07.2019r.

PCZ.ZP.15/12/19

Uczestnicy postępowania

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednosalowego bloku operacyjnego szpitala w Malborku, znak postępowania PCZ.ZP.15/19.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Zadanie nr 3

Pytanie nr 1,

Pkt. 13 Proszę o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający wymaga zaoferowanie konsoli kamery wyposażonej w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe; wyjście wideo z niezablokowanym sygnałem?

Odp. Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający miał na myśli: Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe; wyjście wideo z niezablokowanym sygnałem.

Pytanie nr 2,

Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie insuflatora o poniższych parametrach technicznych?

- Urządzenie do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych
- Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg,
- Maksymalny przepływ CO2 min.40 l/min
- Zintegrowany system podgrzewania gazu,
- Automatyczna desuflacja gazu,
- Wyświetlacz parametrów LCD,
- Sygnalizacja objętości butli z CO2
- 4 tryby pracy insuflatora (High flow – standardowy, pediatryczny, bariatryczny, Vessel Harvest – wytwarzanie odmy wzdłuż żyły odpiszczelowej)
- Wielorazowy dren do insuflacji, autoklawowalny - 1 szt.,
- Przewód niskociśnieniowy do połączenia ze źródłem CO2 -1szt,

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3,

Pkt 45.Czy Zamawiający wyłączy z zakresu bezpłatnej obsługi serwisowej uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania toru wizyjnego przez użytkowników?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4,

Pkt. 46. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu medycznego, którego producent zapewni

części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5,

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie stołu operacyjnego, którego funkcje sterowane elektrohydraulicznie sterowane są za pomocą pilota głównego oraz pilota awaryjnego (dodatkowego) umieszczonego w kolumnie stołu ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6,

Pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie materacy bezszwowych antystatycznych o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowalne o grubości min. 55 mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7,

Pkt 31. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie ramy anestezjologicznej z przegubem umożliwiającym regulację jego wysokości względem zacisku mocującego ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8,

Pkt. 33. Czy Zamawiający wyłączy z zakresu bezpłatnej obsługi serwisowej uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania toru wizyjnego przez użytkowników?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9,

Pkt. 46. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu medycznego, którego producent zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 8 lat?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

SPECJALISTA
d/s pozyskiwania funduszy unijnych
i zamówień publicznych
Joanna Ryzop