PCZ.ZP.15/2/19

Malbork, 23.07.2019r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednosalowego bloku operacyjnego szpitala w Malborku, znak postępowania PCZ.ZP.15/19.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Zadanie nr 2

Pytanie nr 1,

Dot. pkt 2. Czy zamawiający dopuszcza stół, w którym podstawa ma kształt litery U wykonana ze stali nierdzewnej i posiada odpowiedni kształt do dobrego dostępu operatora do pola operacyjnego.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2,

Dot. pkt 9 Czy Zamawiający dopuszcza stół, w którym kolumna stołu w górnej jej części posiada osłonę harmonijkową z tworzywa sztucznego pozwalającą na lepszą ruchomość blatu i łatwiejszy dostęp serwisowy do stołu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3,

Dot. pkt 19 Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacja wysokości w zakresie 66-103 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4,

Dot. pkt 21 Czy Zamawiający dopuszcza stół, w którym sygnalizacja konfiguracji stołu normalna i odwrócona sygnalizowana jest na panelu sterowania stołu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

SPECJALISTA
d/s pozyskiwania funduszy unijnych
i zamówień publicznych
Joanna Ryzop