Malbork, 23.07.2019r.

PCZ.ZP.15/4/19

Uczestnicy postępowania

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednosalowego bloku operacyjnego szpitala w Malborku, znak postępowania PCZ.ZP.15/19.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Zadanie nr 2

Pytanie nr 1,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innego kształtu podstawy stołu, tj. równoległoboku, wąskiego przy kolumnie, rozszerzonego w dwóch rogach od strony segmentu nóg na kształt litery V dla pewniejszej stabilności. Rozwiązanie zapewnia taką samą lub lepszą stabilność jak opisane w zestawieniu parametrów wymaganych, ponadto umożliwia dojście operującego maksymalnie blisko do kolumny i blatu stołu.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w układ jezdny umieszczony pod podstawą stołu, nie wystający poza jej obrys w trakcie zabiegów, z kołami na obrotnicach, bez mechanizmu blokującego do jazdy kierunkowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kolumną, odporną na wnikanie płynów, wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej, poza niewielkim obszarem pod blatem stołu, w którym zamiast stalowych paneli obudowy kolumny znajduje się gumowy miech osłaniający ruchome siłowniki?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4,

Dotyczy punktu 14 opisu przedmiotu zamówienia: Czy zamawiający przez pojęcie „system przemieszczania blatu stołu" miał na myśli przesuw wzdłużny blatu? Jeśli tak, to czy dopuszcza do zaoferowania stół wyłącznie z elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym przesuwem wzdłużnym blatu?

Odp. Zamawiający miał na myśli przesuw wzdłużny blatu. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół wyłącznie z elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym przesuwem wzdłużnym blatu?

Pytanie nr 5,

Dotyczy punktu 17 opisu przedmiotu zamówienia: Czy nie doszło do omyłki i w wymogu „awaryjny układ zasilania" odnoszącym się do panelu rezerwowego Zamawiający tak naprawdę miał na myśli „awaryjny układ sterowania"?

Odp. Zamawiający potwierdza, iż doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający ma na myśli „awaryjny układ sterowania"

Pytanie nr 6,

Prosimy o doprecyzowanie punktu 19 opisu przedmiotu zamówienia w wierszu 4. Czy Zamawiający wymaga regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie min. -400 / +700? Obecny zapis wydaje się być niejasny, gdyż płyta „pod plecy" nie jest płytą siedziska.

Odp. Zamawiający pod pojęciem regulacja segmentu siedziska/pod plecy ma na myśli kąt pomiędzy płytą siedziska (stała) a regulowanym segmentem pod plecy (el. Ulegający zmianom kąta nachylenia w zakresie -40°/ +70°;

Pytanie nr 7,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym, który nie wyświetla informacji o stanie naładowania akumulatorów w stole? Informacja o stanie naładowania akumulatorów znajduje się na panelu sterowania na kolumnie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podnóżków w płaszczyźnie pionowej odbywa się elektrohydraulicznie z pilota lub panelu sterowani (rozwiązanie lepsze niż wymagane), natomiast w płaszczyźnie poziomej – manualnie, tradycyjnie za pomocą zacisku rozetkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innego kształtu podstawy stołu, tj. wąskiego równoległoboku. Rozwiązanie zapewnia taką samą lub lepszą stabilność jak opisane w zestawieniu parametrów wymaganych, ponadto umożliwia dojście operującego maksymalnie blisko do kolumny i blatu stołu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

SPECJALISTA
d/s pozyskiwania funduszy unijnych
i zamówień publicznych
Joanna Ryzop