Załącznik Nr 2A do SIWZ

Opisy szczegółowe (znak sprawy PCZ.ZP. 20/19)

I. WYROBY MEDYCZNE JEDNOKROTNEGO UŻYTKU PRZYGOTOWYWANE DO ZASTOSOWANIA W FORMIE JAŁOWEJ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI OGÓLNYMI CECHAMI OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO:

1. Opakowanie jednostkowe musi być bezwzględnie szczelne - sposób połączenia części opakowania nie może budzić wątpliwości co do jego szczelności i utrzymywania jałowości.
2. Jeśli opakowania jednostkowe są łączone w większe konglomeraty - blistry, czy inne formy - sposób oddzielania pojedynczych opakowań z konglomeratu nie może naruszać jałowości pozostałych opakowań. Oddzielanie opakowania jednostkowego musi być łatwe bez konieczności używania nadmiernej siły lub dodatkowych przedmiotów (nożyczki).
3. Opis zawartości musi być wyraźny, opisujący przedmiot zawartości opakowania, potwierdzający jałowość wyrobu, numer serii, datę ważności (okres utrzymywania się gwarantowanej sterylności) oraz oznaczenie certyfikatem dopuszczenia do obrotu CE z jego numerem.
4. Końcówki do otwierania opakowania jednostkowego umożliwiające szybkie i sprawne jego otwarcie - nie mogą być krótsze niż 6 mm, nie mogą być sklejone, lub trudne do oddzielenia. Najlepiej jeśli na opakowaniu są wyraźnie oznaczone.
5. Otwieranie opakowania jednostkowego powinno umożliwiać szybkie i bezkolizyjne wydobycie przedmiotu, tak aby jego pobranie przez personel nie narażało jego jałowości.
6. Otwieranie opakowania nie może powodować pylenia.
7. Jeśli opakowanie jednostkowe wymaga szczególnego postępowania podczas otwierania instrukcja powinna być dołączona do danego wyrobu medycznego w formie czytelnej – najlepiej w postaci piktogramów.

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY MATERIAŁU Z JAKIEGO BĘDĄ WYKONANE SERWETY DO OBŁOŻEŃ UŻYWANYCH DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (WYMAGANIA MINIMALNE)

- Włóknina typu SMS (spunbond/meltblown/spunbond)
- gramatura 50 g/m² w obszarze krytycznym i poza nim,
- odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym ≥ 100 cm H2O
- odporność na penetrację płynów poza obszarem krytycznym ≥ 30 cm H2O
- wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho >100 kPa,
- wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na mokro >100 kPa,
- wytrzymałość na wypychanie poza obszarem krytycznym > 40 kPa na sucho.
- Wytrzymałość na rozciąganie na sucho minimum 35 N,
- Wytrzymałość na rozciąganie na mokro minimum 40 N.
- pylenie ≤ 4,0 Log10
- podwójne opakowanie: wewnętrzna warstwa zawijana (papier, włóknina, serweta) zewnętrzna zgrzewana (rękaw papierowo-foliowy)
- Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, etykieta dwukrotnie przylepna pozwalająca na wklejenie do dokumentacji pacjenta, w języku polskim zawierająca nazwę, numer katalogowy, oznaczenie CE z numerem firmy notyfikującej, serią (LOT), datą ważności.

III. OPIS SZCZEGÓŁOWY MATERIAŁU Z JAKIEGO BĘDĄ WYKONANE STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE DO UŻYCIA JEDNORAZOWEGO (WYMAGANIA MINIMALNE):

- Włóknina SMS lub SMMS
- Wstawki nieprzemakalne w części krytycznej - przód i rękawy do łokcia –(np.laminat),
- rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, dobrze utrzymującymi się podczas użytkowania,
- tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem,
- sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu, przy szyi zapięcie na rzep,
- Ściereczka do rąk nie jest wymagana, ale dopuszczalna.
- Włóknina typu SMS lub SMMS o gramaturze ≥ 35g/m2 w obszarze krytycznym i poza nim, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym ≥ 50 cm H2O, poza obszarem krytycznym ≥ 30 cm H2O wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho min. 140 kPa, na mokro > 80 Kpa, poza obszarem krytycznym > 40 kPa na sucho.
- Wytrzymałość na rozciąganie na sucho minimum 35 N, na mokro minimum 40 N.
- Pozostałe parametry w granicach normy.
- podwójne opakowanie: wewnętrzna warstwa zawijana (papier, włóknina, serweta) zewnętrzna zgrzewana (rękaw papierowo-foliowy)

IV. PAKIET NR 25 – OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – CZ.I

1. OBŁOŻENIA UNIWERSALNE DO ZABIEGÓW NA JAMIE BRZUSZNEJ W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ I GINEKOLOGII O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ :

- 1 x serweta (dół pacjenta) o wymiarach 185 x 190cm (+-10 cm) z przylepcem na 1 z brzegów w części środkowej na długości ok. 80 cm.
- 1 x serweta (na górę pacjenta) o wymiarach 250x160 cm (+- 10 cm) z przylepcem na dłuższym brzegu w części centralnej o wymiarach nie mniejszym niż 80 cm.
- 1 x Serweta na stolik pielęgniarki operacyjnej (Mayo) wzmocniona 85 x 145 (+- 10 cm)
- 1 x serweta na stół narzędziowy o wymiarach150 x 190cm (+- 10 cm) .
- 2 x serwety (boczki) o wymiarach75 x 90 cm z warstwa przylepcowa w części centralnej boku szerszego o wymiarze nie mniejszym niż 80 cm .
- Ręczniki jałowe chłonne nie mniej niż 2 - 4 sztuki wymiaru 30x 40 cm.

3. OBŁOŻENIA UNIWERSALNE <u>Z ŁATĄ CHŁONNĄ</u> DO ZABIEGÓW NA JAMIE BRZUSZNEJ W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ I GINEKOLOGII O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ :

- 1 x serweta (dół pacjenta) o wymiarach 185 x 190cm (+-10 cm) z przylepcem na 1 z brzegów w części środkowej na długości ok. 80 cm i łatą chłonną przy części przylepcowej zajmującą nie mniej niż 80% długości przylepca .
- 1 x serweta (na górę pacjenta) o wymiarach 250x160 cm (+- 10 cm) z przylepcem na dłuższym brzegu w części centralnej o wymiarach nie mniejszym niż 80 cm z łatą chłonną przy części przylepcowej zajmując nie mniej niż 80% długości przylepca i wyposażone w „organizatory przewodów" w liczbie 2.

- 1 x serweta na stolik pielęgniarki operacyjnej (Mayo) wzmocniona 85 x 145 cm (+- 10 cm)
- 1 x serweta na stół narzędziowy o wymiarach160 x 200 cm (+- 10 cm) .
- 2 x serwety (boczki) o wymiarach 75 x 90 cm z warstwą przylepcową w części centralnej boku szerszego o wymiarze nie mniejszym niż 80 cm+ z łatą chłonną przy części przylepcowej zajmując nie mniej niż 80% długości przylepca .
- Ręczniki jałowe chłonne nie mniej niż 4 sztuki wymiaru 30x40 cm.

4. OBŁOŻENIA DO OPERACJI ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ :

- 1 x serweta samoprzylepna (od strony głowy) o wymiarach 160x250 cm (+-10 cm) z warstwą samoprzylepną w środkowej części długiego brzegu o długości min. 100cm
- 1 x serweta o wymiarach 220 x 270 cm (+- 10 cm) z wycięciem w kształcie litery "U" na kończynę dolną w części centralnej krótszego boku o wymiarach 10x110 cm (+-10cm) otoczonym warstwą samoprzylepną i "łatą chłonną "
- 1 x serweta o wymiarach 85 x 100 cm (+- 10 cm) z warstwą samoprzylepną na boku dłuższym na całej długości
- 1 x serweta na stolik pielęgniarki operacyjnej (Mayo) wzmocniona, o wymiarach 85 x 145 cm (+- 10 cm)
- 1 x serweta na stół narzędziowy o wymiarach 160 x 200 cm (+- 10 cm) .
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm
- Ręczniki jałowe chłonne nie mniej niż 2 - 4 sztuki wymiaru 30x 40 cm.

5. OBŁOŻENIA DO AMPUTACJI KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE UDA LUB PODUDZIA I ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH (ZESPOLEŃ KOŚCI ITP.) O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ:

- 1 x serweta o wymiarach 235x310 cm (+- 10 cm) z elastycznym otworem na kończynę dolna o wymiarze ok. 7 cm w części centralnej otoczonym szeroką łatą chłonną wraz z uchwytami do instalacji przewodów aparaturowych/drenów.
- 1 x serweta (podkład pod kończynę dolną) o wymiarach 150x180 cm (+- 10 cm)
- 1 x serweta na stolik pielęgniarki operacyjnej (Mayo) wzmocniona o wymiarach 85 x 145 cm (+- 10 cm)
- 1 x serweta na stół narzędziowy o wymiarach 160 x 200 cm (+- 10 cm) .
- 1 x osłona na stopę "bucik" o wymiarach 33 x 55 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach ok. 9 x 50 cm
- Ręczniki jałowe chłonne nie mniej niż 2 - 4 sztuki wymiaru 30x 40 cm.

6. OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW W UŁOŻENIU GINEKOLOGICZNYM O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ:

- 1 x serweta z osłonami na kończyny dolne i otworem na krocze otoczonym warstwą samoprzylepną o wymiarach otworu około 10x 15 cm. (*Serweta ta umożliwia bezpieczne pokrycie pacjenta od strony głowowej stanowiąc "ekran anestezjologiczny'" (dopuszcza się inny rodzaj układu serwet - konieczny szczegółowy opis*)
- 1 x serweta stanowiąca podkład pod pacjenta o wymiarach 120x 75 cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy o wymiarach 160 x 200 cm (+- 10 cm) .
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach ok. 9 x 50 cm
- Ręczniki jałowe chłonne nie mniej niż 2 - 4 sztuki wymiaru 30x 40 cm.

7. OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH NA KOLANIE O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ:

- 1 x serweta o wymiarach 320 x 220cm (+- 10 cm) z elastycznym otworem w części centralnej oraz torbą na płyny opatrzona lejkiem odprowadzającym, a także z conajmniej dwoma uchwytami na przewody lub "rzepami"
- 1 x serweta na stolik pielęgniarki operacyjnej (Mayo)wzmocniona o wymiarach 85 x 145 cm (+- 10 cm)
- 1 x serweta na stół narzędziowy o wymiarach 160 x 200 cm (+- 10 cm) .
- 2 x taśmy samoprzylepna o wymiarach ok. 9 x 50 cm
- 1 x osłona na stopę "bucik"o wymiarach min 33 x 55 cm
- Ręczniki jałowe chłonne nie mniej niż 2 - 4 sztuki wymiaru 30x 40 cm.

8. OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH (ZESPOLENIA KOŚCI)NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ – CHIRURGIA RĘKI O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 x 190 cm,
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm,
- 1 x serweta na dłoń / stopę min. 225 x 300 cm z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 3-4cm oraz ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów,
- 2 x ręczniki 30 x 40 cm

V. PAKIET NR 27: OBŁOŻENIA DO PORODU I CIĘĆ CESARSKICH Z NARZĘDZIAMI JEDNORAZOWYMI:

1. OBŁOŻENIA DO PORODU Z NARZĘDZIAMI O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 100 x 90 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta pod pośladki 2-warstwowa 100 x 120 cm z dwoma workami na płyny
- 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 x Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na jednej stronie narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6.
- 2 x Kleszczyki chirurgiczne Halsted – Mosquito zakrzywione 12,5 cm - Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na jednej stronie narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6.
- 1 x zacisk do pępowiny 53 mm biały
- 10 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek
- 1 x czapeczka dla noworodka

- 1 x OP sticker 6 x 6 cm
- 1 x igła iniekcyjna 0,80 x 50 mm

  Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2 .Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 161 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w worek i karton . Klasa palności I.

2. OBŁOŻENIA DO PORODU Z NARZĘDZIAMI O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona teleskopowo
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 2-warstwowa 250 x 315 cm, otwór 29 x 19 cm (folia operacyjna) ±5%. Wbudowany worek na płyny 360 stopni. Bez osłon na kończyny
- 1 x serweta dla noworodka biała 87 x 90 cm
- 1 x czapeczka dla noworodka
- 1 x skalpel jednorazowy Nr 24
- 5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek ,biała
- 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek
- 1 x opatrunek pooperacyjny 25 x 10 cm
- 1 x miska nerkowata 300 ml

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2 .Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 161 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w worek i karton . Klasa palności I.

VI. PAKIET NR 29 – ZESTAW DO LAPAROTOMII O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 240 x 150 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 170 x 175 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 90 x 75 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm
- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 28 cm z wkładką dystansową

- 1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L (zapakowany w papier krepowy i umieszczony w pierwsze złożenie serwety na stół narzędziowy)Fartuch wykonany z materiału PP SMMMS o gram. min. 35g/m2 . Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju reglan. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową Wymagana nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8.
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL – fartuchy zgodne z EN 13795 1-3.. Materiał PP SMMMS o gram. min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min. 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony od środka przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Wymagana nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8, a w miejscach wzmocnień poziom 9.BI=6.
- 10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm biała, 4 warstwy 20 nitek
- 60 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek a 10 sztuk krep
- 1 x pojemnik na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczno-piankowy
- 1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer 24/8,00 CH/mm 280 mm, 30/10,00 CH/mm 200 cm
- 2 x ostrze do skalpela Nr 20
- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, niebieski z podziałką
- 1 x pojemnik plastikowy przeźroczysty 250 ml
- 5 x tupfer miękki z gazy nr 6 (40 x 47 cm)
- 10 x tupfer miękki z gazy z nitką Rtg nr 5 (13 x 13 cm)
- 1 x kleszczyki plastikowe proste 19 cm

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2). Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2.Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Obłożenie posiada I klasę palności.

VII. PAKIET NR 30 – ZESTAW DO ARTROSKOPII O ZAWARTOŚCI NIE MNIEJ NIŻ:

- 1 x skalpel chirurgiczny nr 11 plastikowa rączka i osłonka
- 2 x serwetka włókninowa do rąk 40x20 cm
- 1 x jałowa foliowa osłona na przewody w rozmiarze 15x300 cm
- 2 x taśma medyczna z zakładkami umożliwiającymi odklejenie w rękawiczkach w rozmiarze 9x50 cm
- 1 x pokrowiec na kończynę wykonany z laminatu folii i włókniny , w rozmiarze 75x37 cm
- 1 x serweta na stół instrumentarium z wzmocnieniem , w rozmiarze 190x150 cm
- 10 x kompres z gazy 17 nitkowej 16 warstw z rtg w rozmiarze 7,5x7,5
- 1 x serweta z laminatu folii i włókniny o gr. minimalnej 56 gr/m2 w rozmiarze 320x240 cm , z otworem elastycznym 6 cm i workiem do przechwytywania płynów
- 2 x fartuch z włókniny typu sms o gramaturze min 35 g/m2 (o paroprzepuszczalności min 4300 g/m2/24h). szwy wykonane metodą ultradźwiękową, poliestrowy ściągacz, wzmocniony laminatem dwuwarstwowym (polietylenowo-polipropylenowym) o gramaturze min 40g/m2: na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), wzmocnienie o odporności na przesiąkanie cieczy min 187 cmH2O. w rozmiarze L ,
- 1 x dren do ssaka , końcówka antyzagięciowa ż/ż bez końcówki CH 24 o długości 210
- 1 x dren redona CH 14 długość 70 cm z perforacją na długości 14/15 cm
- 1 x miseczka okrągła 250 ml średnica 7 cm , z podziałką
- 6 x tupfer kula w rozmiarze 20X20 cm
- 1 x kleszczyki okienkowe plastik długość 24 cm
- 1 x strzykawka 2 ml
- 1 x opaska elastyczna z zapinką w rozmiarze 12 cm x 4 m
- 1 x opaska podgipsowa w rozmiarze 15 cm x 3m
- 2 x igła 18G X 1 1/2 (1,2X40MM)
- 1 x igła 21G X 1 1/2 (0,8X40MM)
- 1 x organizer rzep w rozmiarze 2cmx25 cm

Zestaw w opakowaniu papier folia, etykieta z kodem kreskowym, piktogramami poszczególnych elementów i ich ilościami oraz z czterema samoprzylepnymi wklejkami każda z indeksem zestawu, nr lot, datą ważności – nie mogą być zakodowane w kodzie kreskowym.