Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

PCZ.ZP.18/24/19

Malbork, 09.08.2019r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) znak sprawy: PCZ.ZP. 18/19

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pakiet 16, poz. 1, 2, 5:
Czy Zamawiający wydzieli pozycje: 1, 2, 5 i stworzy z nich osobny pakiet? Umożliwi to producentowi wyrobów chłonnych złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
ODP. Nie.

Pakiet 16, poz. 1:
Czy Zamawiający oczekuje pieluszek z wycięciem na kikut pępowinowy?
ODP. Tak.

Pakiet 16, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci o wadze w zakresie 8-18 kg?
ODP. Dopuszcza.

Pakiet 16, poz. 5:
Czy Zamawiający oczekuje podkładu o chłonności min. 1600 gr, potwierdzonej karta danych technicznych dołączoną do oferty?
ODP. Zamawiajacy nie stawiał takiego wymogu, ale dopuszcza.

Pakiet 30, poz. 6, 7:
Czy Zamawiający w ww. pozycjach oczekuje zaoferowania rękawów foliowo-papierowych czy foliowo-włókninowych? W tabeli Zamawiający wskazał rękawy foliowo-papierowe, a pod tabelą opisuje wymagania dla włókniny.
ODP. Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w poz.6,7 wymaga foliowo-włókninowych, zgodnie z opisem pod tabelą.

Pakiet 34:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych niejałowych minimalna siła rozerwania 6,3÷8,0 N? Pozostałe zgodnie z SIWZ.
ODP. Dopuszcza.

Pakiet 34:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych lateksowych gładkich o chropowatych palcach?

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

ODP. Dopuszczamy.

Pakiet 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek bez ściągaczy taliowych?

ODP. Dopuszczamy.

Pakiet 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek rozm. M: obwód 75-110 chłonność 2800 ml wg ISO 11948-1, L 100-150 cm, chłonność 3100 ml wg ISO 11948-1, XL: 130-170, chłonność 3100 ml wg ISO 11948-1?

ODP. Dopuszczamy.

Pakiet 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek wykonanych z laminatu paroprzepuszczalnego z oddychającą włókniną w partii bioder?

ODP. Dopuszczamy.

Pakiet 57

Czy Zamawiający oczekuje, aby pieluchomajtki wykonane były nie tylko na powierzchni styku ze skórą z laminatu paroprzepuszczalnego, ale również warstwa zewnętrzna wykonana była z materiału paroprzepuszczalnego?

ODP. Dopuszczamy.

Pakiet 57

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

ODP. Tak.

Pakiet 59, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznych majtek do mocowania wkładów chłonnych (podpasek) w rozmiarze XXL, obwód bioder 100-155 cm?

ODP. Dopuszczamy.

Pakiet 60, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podpaski (wkłady chłonne) rozm. ok. 37 cm długość i szerokość całkowitą 16,5 cm przód, cz. centralna 13 cm i tył 18 cm?

ODP. Dopuszczamy.

Pakiet 60, poz 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych o następujących cechach: wkład chłonny z masy celulozowej, przeznaczone dla kobiet w okresie połogu i po zabiegach ginekologicznych, nie posiadających żadnej warstwy klejowej z paskiem osłaniającym, folia wewnątrz wkładu zabezpiecza przed przesiąkaniem płynów na stronę zewnętrzną wkładu? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

ODP. Dopuszczamy.

Pytania do umowy:

1. Czy wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
   ODP. Tak.
2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
   ODP. Zgodnie z zapisem §3 ust.5 wzoru umowy.
3. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostarczenia asortymentu do godz. 14.55 (§3 ust. 7) ?
   ODP. Nie.
4. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 15 zł/ dzień zwłoki (§5 ust. 1 a)?
   ODP. Nie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska