Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, 23.01.2020r.

PCZ.ZP.01/4/2020

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych, siatek przepuklinowych i staplerów - znak sprawy: PCZ.ZP. 01/2020

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania tytanowego wkrętu kompresyjnego kaniulowanego o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm, ze skokiem co 2 mm, z gniazdem sześciokątnym?
   ODP. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania tytanowych płytek w obrębie stopy, płytki 2,4,6,8 otworowe, o anatomicznym wyprofilowaniu w kształcie prostym, T,X,L,H, czworobocznej. Grubość płytek 1,8mm, otwory pod wkręty z gniazdem sześciokątnym?
   ODP. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych o średnicy 2,7mm, z gniazdem sześciokątnym?
   ODP. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych samogwintujących, o średnicy 2,4mm, z gniazdem sześciokątnym?
   ODP. Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska