Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
PODMIOT LECZNICZY
82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, 07.12.2020r.

PCZ.ZP.14/9/2020

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) - znak sprawy: PCZ.ZP. 14/2020

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
   ODP. Tak.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
   ODP. Zamawiający nie stawiał takiego wymogu.

3. Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej i dosłanie w późniejszym terminie oferty w wersji papierowej?
   ODP. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakietu nr 40, pozycji nr 4:

4. Czy Zamawiający ma na myśli testy klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?
   ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 40, pozycji nr 4:

5. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?
   ODP. Nie wymaga, ale, dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 40, pozycji nr 5:

6. Czy Zamawiający ma na myśli test klasy V posiadający odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacji wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat?
   ODP. Dopuszczamy

Dotyczy pakietu nr 40, pozycji nr 5:

7. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?
   ODP. Dopuszczamy

Dotyczy pakietu nr 40, pozycji nr 6:

8. Czy Zamawiający dopuści do oceny test o ostatecznym odczycie po 24h?
   ODP. Dopuszczamy

Dotyczy pakietu nr 61:

9. Czy Zamawiający wymaga aby ustniki endoskopowe jednorazowego użytku były wyposażone w regulowaną, elastyczną opaskę mocującą z włókna, nie powodującej ucisku na policzki i twarz pacjenta oraz posiadały porty boczne, pozwalające na odsysanie płynów z jamy ustnej, o wymiarach wewnętrznych otworu 19-20 x 24-25 mm?
   ODP. Nie wymaga, ale dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 61:

10. Czy Zamawiający wymaga aby w celu zapewnienia większej ochrony, ustniki endoskopowe jednorazowego użytku posiadały od wewnętrznej strony jamy ustnej pacjenta, stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu, o wymiarach 3x20mm, skutecznie zabezpieczający ustnik przed wypadaniem?
    ODP. Nie wymaga, ale dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska