Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, 08.03.2021r.

PCZ.ZP.01/6/2021

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)znak sprawy: PCZ.ZP. 01/2021

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pakiet 1, pozycja 1-4
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
ODP. Tak, zamawiający wydziela poz.1-4 tworząc jednocześnie odrębny pakiet 1A. Zmodyfikowany załącznik umieszczono na stronie www.pcz.net.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

Pakiet 1, pozycja 8-10, 18-21
Czy Zamawiający dopuści tolerancje wagi i wykroju (+/-)10% od podanej?
ODP. Nie.

Pakiet 1, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści watę o składzie 50% bawełny, 50% wiskozy?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
ODP. Nie, pozostaje bez zmian.

Pakiet 3, pozycja 2-3
Czy Zamawiający dopuści tolerancje wagi i wykroju (+/-)10% od podanej?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w opakowaniu papierowym?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości 100-140%, wykonaną z wiskozy, poliamidu i bezlateksowego polimeru?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 5-6
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 5-6
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania wstępnego około 5-6 minut?
ODP. Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe o czasie wiązania wstępnego do 6 minut, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 6, pozycja 5-6
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień z wypustkami?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 7, pozycja 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu prania wstępnego?
ODP. Zamawiający nie odstąpi od wymogu prania wstępnego. Ponadto Zamawiający informuje, że zaszła omyłka pisarska, a prawidłowy opis brzmi następująco:
Serweta operacyjna poddana praniu wstępnemu jako gotowy produkt, jałowa, sterylizowana parą wodną lub tlenkiem etylenu, z nitką radiacyjną, z gazy minimum 17 nitkowej ,4 warstwowej ,45cm x 45cm (wymiary +/- 7%), z tasiemką o długości co najmniej 20 cm, op. 5 sztuk, KL II A reg.7., sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pakiet 10, pozycja 1
W związku z zaprzestaniem produkcji plastra poiniekcyjnego typu Prestopor prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
ODP. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela pozycję tworząc odrębny pakiet 10A.

Pakiet 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek parafinowy w rozmiarze 15 x 20cm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną w rozmiarze 10x50cm?
ODP.Nie.

Pakiet 23, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną typu rzep w rozmiarze 2cm x 22cm?
ODP.Nie.

Pakiet 23, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
  1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ODP. Nie.

Pakiet 23, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, o odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.?
ODP. Nie.

Pakiet 23, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
  1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ODP. Nie.

Pakiet 23, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?
ODP. Nie.

Pakiet 23, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
  1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
  1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, o odporności na rozerwania

sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
  1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
  1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
  1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 8-9
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie nasze firmie konkurencyjnej oferty.
ODP. Nie wydziela.

Pakiet 23, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100cm H2O i >10cm H2O poza obszarem krytycznym?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozciąganie na mokro > 28,4N ?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 8-9
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157 cm oraz XXXL – 170cm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści rękaw na kończynę górną o długości 54cm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dolną w rozmiarze 30x60cm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 23, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodków w rozmiarze 75x80cm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm z otworem o średnicy 12cm na wysokości 1/3 odcinak dłuższego serwety?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści ręcznik pakowany a'1szt?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 24, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści ręcznik w rozmiarze 40x40cm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 25, 26, 28, 29
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
ODP. Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 25, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 100 x 90 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta porodowa 114 x 150 cm, wzmocniona, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów
- 1 x serweta dla noworodka min. 75 x 80 cm
- 1 x nożyczki proste tępo-tępe 15 cm, bez oznaczenia kolorystycznego
- 2 x Kleszczyki chirurgiczne Halsted – Mosquito zakrzywione 12,5 cm - Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na jednej stronie narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6.
- 1 x zacisk do pępowiny 50 mm biały
- 10 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek
- 1 x czapeczka dla noworodka

- 1 x opatrunek 5 x 7,2 cm
- 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2 .chłonność 600%. Odporność na przenikanie cieczy min. 120 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 110 kPa Produkt bezpiecznie pakowany: owinięty w serwetę zestaw zapakowany do opakowania typu tyvek Klasa palności I?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, złożona teleskopowo
1 x serweta 200 x 320 cm, otwór o wymiarach 25 x 30 cm wypełniony folią chirurgiczną, serweta wykonana z włókniny SMS, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 360 stopni
1 x serweta dla noworodka biała min. 75 x 80 cm
1 x czapeczka dla noworodka
1 x skalpel jednorazowy Nr 24
5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 17 nitek ,biała
20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek
1 x opatrunek pooperacyjny 25 x 10 cm
1 x miska nerkowata 300 ml
Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2 .Chłonność 600%. Odporność na przenikanie cieczy min. 120 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 110 kPa Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w opakowaniu tyvek, zestawy do transportu pakowane w worek i karton . Klasa palności I?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści narzędzie bez oznaczenia kolorystycznego?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 26, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści narzędzie dostarczane w zestawie z kompresem?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Pakiet 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 28
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) (190 x 150 cm)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 240 x 150 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 180 x 180 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 90 x 75 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm
- 1 x kieszeń przylepna dwukomorowa 40 x 30 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L bez owinięcia w papier krepowany(umieszczony w pierwsze złożenie serwety na stół narzędziowy)Fartuch wykonany z materiału SMS o gram. min. 35g/m2 . Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju prostym. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową Wymagana nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8.
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL – fartuchy zgodne z EN 13795 1-3.. Materiał SMS o gram. min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju prostym w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze 40 g/m2. Przód fartucha wzmocniony od środka przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Wymagana nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8, a w miejscach wzmocnień poziom 9.BI=6.
- 10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm biała, 4 warstwy 17 nitek
- 60 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek a 10 sztuk krep
- 1 x pojemnik na igły i ostrza 30 miejsc magnetyczno-piankowy
- 1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer CH23 260mm, dren 30CH 210 cm
- 2 x ostrze do skalpela Nr 20
- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, niebieski z podziałką
- 1 x pojemnik plastikowy niebieski 250 ml
- 5 x tupfer 50 x 50 cm
- 10 x tupfer miękki z gazy z nitką Rtg nr 5 15 x 15 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste 18 cm

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki

do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne wykonane z laminat dwuwarstwowy o gramaturze 60g/m2, wzmocnienie 80g/m2, chłonność laminatu 600%, chłonność w strefie wzmocnionej 1280%) Odporność na przenikanie cieczy min. 120 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 110 kPa w strefie wzmocnionej min. 180 kPa, Produkt bezpiecznie pakowany: zestaw owinięty w serwetę pakowany do opakowania typu tyvek, do transportu pakowany w karton i folię Obłożenie posiada I klasę palności.?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 29
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- 1 x skalpel chirurgiczny nr 11 plastikowa rączka i osłonka
- 2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm
- 1 x jałowa foliowa osłona na przewody w rozmiarze 16 x 300 cm
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x osłona na kończynę , o wymiarach min. 80 x 30 cm
- 1 x serweta na stół instrumentarium z wzmocnieniem , w rozmiarze 150 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 140 cm)
- 20 x kompres z gazy 17 nitkowej 16 warstw z rtg w rozmiarze 10 x 10cm
- 1 x serweta z laminatu folii i włókniny o gr. minimalnej 55 gr/m2 w rozmiarze min. 320 x 230 cm z samouszczelniającym się otworem o śr. 7 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów
- 1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L bez opakowania w papier krepowany (umieszczony w pierwsze złożenie serwety na stół narzędziowy)Fartuch wykonany z materiału SMS o gram. min. 35g/m2 . Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju tradycyjnym, prostym. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową Wymagana nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8.
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL – fartuchy zgodne z EN 13795 1-3.. Materiał PP SMS o gram. min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju tradycyjnym prostym, w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze 40 g/m2. Przód fartucha wzmocniony od środka przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze 40g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Wymagana nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8, a w miejscach wzmocnień poziom 9.BI=6.
- 1 x dren do ssaka , bez końcówki CH 24 o długości 210 (+/-5cm)
- 1 x dren redona CH 14 długość 70 cm z perforacją na długości 14/15 cm
- 1 x pojemnik plastikowy przeźroczysty 250 ml
- 1 x kleszczyki plastikowe proste 18 cm
- 1 x strzykawka 2 ml
- 1 x opaska elastyczna z zapinką w rozmiarze 12 cm x 4 m
- 1 x opaska podgipsowa w rozmiarze 15 cm x 3m
- 2 x igła (1,2X40MM)
- 1 x igła (0,8X40MM)
- 1 x organizer rzep w rozmiarze min. 2 x 22 cm

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny

polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2). Produkt bezpiecznie pakowany: zestaw umieszczony w opakowaniu typu tyvek, do transportu pakowany w karton i folię. Obłożenie posiada I klasę palności?
ODP. Nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska