Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, 09.03.2021r.

PCZ.ZP.01/10/2021

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)znak sprawy: PCZ.ZP. 01/2021

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

1) Ze względu na obostrzenia covidowe prosimy o wskazanie miejsca dostarczenia próbek oraz nr telefonu do kontaktu dla kuriera
ODP. Miejsce dostarczenia próbek: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku , ul. Słowackiego 75, 82-200 Malbork (sekretariat), tel. 55 64 60 264 lub 204. Próbki powinny być oznaczone numerem postępowania.

2) **Pakiet nr 11, poz. 1**
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunku do zabezpieczenia miejsca wkłucia spełniającego parametry opisane przez Zamawiającego pakowanego w opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.
ODP. Zamawiający dopuszcza.

3) **Pakiet nr 14, poz. 4**
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 30 cm? Pozostałe parametry zgodne z OPZ
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 17, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękaw o długości 10 m? Pozostałe parametry zgodne z OPZ.
ODP. Tak, dopuszcza.

4) **Pakiet nr 18, poz. 1-6**
Czy Zamawiający dopuści rękaw o długości 6 m w stanie swobodnym, po rozciągnięciu 25 m? Pozostałe parametry zgodne z OPZ.
ODP. Tak, dopuszcza.

5) **Pakiet nr 23**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 2 - 7 serwet do obłożeń operacyjnych wykonanych z laminatu 2-warstwowego (polietylen + polipropylen) min. 57,5 g/m2
ODP. Zamawiający dopuszcza.

6) **Pakiet nr 23 poz. 2**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym łaty chłonne we wszystkich serwetach mają wym. 50 x 20 cm?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

7) **Pakiet nr 23 poz. 6**
Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wymagania OPZ, z tą różnicą, iż zawiera 1 szt. taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

8) **Pakiet nr 23, poz. 8**
Prosimy o dopuszczenie fartucha długości 170 cm, którego oznaczenie literowe to XLLong Pozostałe parametry zgodne z OPZ.
ODP. Zamawiający dopuszcza.

9) **Pakiet nr 23, poz. 9**
Prosimy o dopuszczenie fartucha niewzmocnionego o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym i nie krytycznym (cała powierzchnia fartucha) ≥ 41 cm H2O. Długość 170 cm ma oznaczenie : XLlong. Pozostałe parametry zgodne z OPZ.
ODP. Zamawiający dopuszcza.

10) **Pakiet nr 24 poz. 2- 12 i 17**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet operacyjnych wykonanych z laminatu 2-warstwowego (polietylen + polipropylen) min. 57,5 g/m2 ?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

11) **Pakiet nr 24 poz. 15- 16**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet operacyjnych wykonanych z laminatu 2-warstwowego (polietylen + polipropylen) min. 40,2 g/m2 ?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

12) **Pakiet nr 27**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet do obłożeń operacyjnych wykonanych z laminatu 2-warstwowego (polietylen + polipropylen) 57,5 g/m2
ODP. Zamawiający dopuszcza.

13) **Pakiet nr 29**
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o następującym składzie i parametrach:
1x skalpel chirurgiczny z plastikową rączką i osłonką nr 11
2x celulozowy ręcznik do rąk 30x40 cm
1x foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm
1x taśma samoprzylepne 10 x 50
1x osłona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego 55 x 33 cm
1x serweta na stół instrumentarium 150 x 190 cm- wzmocnienie 75 x 190 cm- owinięcie zestawu

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
20x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 16- warstwowej z nitką RTG
1x serweta 2- warstwowa 57,7 g/m2 do artroskopii stawu kolanowego 320 x 225 cm z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 6 i 7 cm oraz workiem do zbiórki płynów, z portem do podłączenia drenu, ze zintegrowanymi organizatorami przewodów i drenów oraz uchwytem na rzep typu Velcro;
1x fartuch chirurgiczny niewzmocniony w rozm. L (130 cm długości) 35 g/ m2 z włókniny SMMS (umieszczony w pierwszym złożeniu serwety na stół instrumentariuszki), mankiet w 100% poliestrowy, rękaw krój prosty. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w kartoniku. Fartuch z tyłu przy szyi zapinany na rzep. Na fartuchu naklejka z oznaczeniem długości; szwy ultradźwiękowe. Nieprzepuszczalność dla alkoholi na całej powierzchni >9.
1x fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozm. XL (150 cm długości) 35 g/ m2 z włókniny SMMS, mankiet w 100% poliestrowy, fartuch wzmocniony na rękawach od wewnątrz powyżej łokcia laminatem dwuwarstwowym PP/ PE o gramaturze 40,5 g/m2. Przód fartucha wzmocniony od wewnątrz laminatem dwuwarstwowym PP/ PE 42 g/m2. Rękaw krój prosty. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w kartoniku. Fartuch z tyłu przy szyi zapinany na rzep. Szwy ultradźwiękowe. Nieprzepuszczalność dla alkoholi na całej powierzchni >9. IB = 6.
1x dren do ssaka bez końcówki CH25, długość 200 cm
1x dren Redona CH14, o długości 50 cm, perforacja na odcinku 15 cm, ze znacznikiem RTG,
1x miska okrągła 250 ml z podziałką, niebieska
1x kleszcze okienkowe plastikowe (zacisk tupfera) dł. min. 24 cm
1x strzykawka 2 ml
1x opaska elastyczna 12 cm x 5 m z zapinką
1x opaska podgipsowa 15 cm x 3 m
2x igła 18 G (1,2 x 40 mm)
1x igła 21 G (0,8 x 40 mm)
1x samoprzylepny organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/ 24 cm

Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą.
Opakowanie jednostkowe w formie worka z folii PE z papierową „klapką" i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna z kodem kreskowym, zawierająca m. in. skład zestawu oraz 4 naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
ODP. Nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska