Zestawienie paneli nadłóżkowych

SYMBOL	NAZWA I TYP	ILOŚĆ	PRODUCENT		WYPOSAŻENIE	UWAGI
1/02 POKÓJ 2-ŁÓŻKOWY						
Zz1/2	Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 3,2 m	1kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		Na każdym stanowisku -oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami
1/04 POKÓJ 4-ŁÓŻKOWY						
Zz1/2	Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 3,2 m	2kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		Na każdym stanowisku -oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami
1/10 POKÓJ 4-ŁÓŻKOWY						
Zz1/1*	Panel ścienny jednostanowiskowy elektryczno-gazowy pionowy	2kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		-oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami
Zz1/2	Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 3,2 m	1kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		Na każdym stanowisku -oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami

1/12 POKÓJ 4-ŁÓŻKOWY						
Zz1/1*	Panel ścienny jednostanowiskowy elektryczno-gazowy pionowy	2kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		-oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami
Zz1/2	Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 3,2 m	1kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		Na każdym stanowisku -oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami
1/13 POKÓJ 4-ŁÓŻKOWY						
Zz1/1	Panel ścienny jednostanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 1,6 m	2kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		-oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami
Zz1/2	Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 3,2 m	1kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		Na każdym stanowisku -oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami

1/14 POKÓJ 5-ŁÓŻKOWY						
Zz1/2*	Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 3,2 m + dwie szyny akcesoryjne dł. ok. 4,0 m do zawieszania szuflady (Cj*) i półki np.: na kardiomonitor, wieszaka na kroplówki, koszyka na osprzęt itp. na każdym stanowisku	1kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		Na każdym stanowisku -oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami
Zz1/3*	Panel ścienny trzystanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 4,8 m + dwie szyny akcesoryjne dł. ok. 5,6 m do zawieszania szuflady (Cj*) i półki np.: na kardiomonitor, wieszaka na kroplówki, koszyka na osprzęt itp. na każdym stanowisku	1kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		Na każdym stanowisku -oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami
1/21 POKÓJ 2-ŁÓŻKOWY						
Zz1/2	Panel ścienny dwustanowiskowy elektryczno-gazowy długość około 3,2 m	1kpl.	Wg zaopatrzenia rynku		Na każdym stanowisku -oświetlenie, -p-kt światła nocnego, -gniazda el. wtykowe x4, -gniazda wyrówn. potencjału x 1 -gniazda teletechniczne x2, -gniazdo tlenu x1, -przyzyw	Montaż na ścianie Przyzyw połączony z punktem pielęgniarskim i sygnalizatorem świetlnym na korytarzu nad drzwiami