Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, 22.09.2021r.

PCZ.ZP.12/3/2021

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa jednorazowych rękawic medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) znak sprawy: PCZ.ZP.12/2021

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SWZ
Mając na względzie, iż próbki nie podlegają ocenie jakościowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na zmniejszenie ilości wymaganych przez Zamawiającego próbek (po 1 opakowaniu / parze dowolnie wybranego rozmiaru).
ODP. Zgodnie z Pytaniami i odpowiedziami nr 1: pakiety 1-3 Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbek wzorcowych w liczbie 3 opakowań (każde w innym dowolnie wybranym rozmiarze).
pakiety 4-5 Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbek wzorcowych w liczbie 3 par (każde w innym dowolnie wybranym rozmiarze).

Pytanie nr 2 – dotyczy Zapisów SWZ
Prosimy o sprecyzowanie czy wykaz dostaw i referencje należy przesłać na wezwanie (zgodnie z pkt X.3-4 SWZ) czy dołączyć do oferty przetargowej (zgodnie z pkt. XIV.3.7 SWZ)
ODP. Zamawiający dokonuje sprostowania - wykaz dostaw i referencje należy przesłać na wezwanie (zgodnie z pkt X.3-4 SWZ)

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o niżej opisanych różnicach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
pkt. 1.1.3 - zawartość białka max. 160µg/g
pkt 1.1.5 – min. siła zrywania przed i po starzeniu: 6N
pkt 1.1.11 – S-XL
pkt 1.1.14 – otwór w kształcie nerki
ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o niżej opisanych różnicach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
pkt 2.1.11 – otwór w kształcie nerki
ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o niżej opisanych różnicach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
pkt. 4.1.3 - zawartość białka < 100 µg/g
pkt 4.12 – środek pudrujący w ilości < 7mg/szt
pkt 4.1.14 – długość 283mm
ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska