Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, 15.11.2021r.

PCZ.ZP.15/5/2021

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku znak postępowania: PCZ.ZP.15/2021

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pytanie 1.
Czy zapis w umowie par3 ust 7 - czas reakcji serwisu powinien być zgodny z zał 6. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH, pakiet 2 i pakiet 3,tj: "zgłoszenia usterki w okresie gwarancji obliguje wykonawcę do wskazania, nie później niż w ciągu 48 godzin w dni robocze, terminu jej usunięcia".
W ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH, pakiet 2 i pakiet 3, jest zapis: Czas reakcji serwisu – 48 h w dni robocze. W projekcie umowy par3 ust 7 jest zapis: zgłoszenia usterki w okresie gwarancji obliguje wykonawcę do wskazania, nie później niż w ciągu 24 godzin, terminu jej usunięcia.
ODP. Zamawiający informuje, że §3 ust 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: *Potwierdzenie zgłoszenia usterki w okresie gwarancji obliguje wykonawcę do wskazania, nie później niż w ciągu 48 godzin, terminu jej usunięcia.*

Pytanie 2.
Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH pkt 53 pakiet 2 i pkt 49 pakiet 3
Czy zamawiający dopuści zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji: wady materiałowe, konstrukcyjnej w wykonawstwie, z wyłączeniem uszkodzenia mechaniczne podczas niewłaściwej obsługi, inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji poza aktami wandalizmu. Prosimy o dopuszczenie zakresu analogicznie do wcześniejszego pytania w sprawie kardiotokografów i systemu centralnego nadzoru położniczego. – *użytkowych Systemu do badań wysiłkowych, opisanego w Załączniku Nr 6.*
ODP. Zamawiający informuje, że w ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH pkt 53 pakiet 2 i pkt 49 pakiet 3 otrzymuje brzmienie: *Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjne w wykonawstwie, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych podczas niewłaściwej obsługi, inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji poza aktami wandalizmu.*

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska