Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, 15.04.2022r.

PCZ.ZO.01/1/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Dostawa ambulansu typu C na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę wpłynęły poniższe pytania:

1. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. I.2 – prosimy o dopuszczenie długości 6150 mm.
   ODP. Tak, dopuszcza.
2. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. I.3 – prosimy o dopuszczenie drzwi lewych przesuwnych bez szyby.
   ODP. Tak, dopuszcza.
3. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. I.9 – prosimy o dopuszczenie koloru żółtego zgodnego z normą RAL 1216.
   ODP. Tak, dopuszcza.
4. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. I.18 – prosimy o dopuszczenie sygnalizacji nie domkniętych drzwi sygnalizowanej tylko w przedziale kierowcy.
   ODP. Tak, dopuszcza.
5. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. I.25 – prosimy dopuszczenie radia dodanego na etapie adaptacji bez możliwości sterowania z koła kierownicy.
   ODP. Tak, dopuszcza.
6. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. I.26 – prosimy o dopuszczenie realizowanie doświetlania zakrętów poprzez dodatkowe światła halogenowe w zderzaku.
   ODP. Tak, dopuszcza.
7. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. I.30 – prosimy o dopuszczenie realizowania funkcji świateł dziennych poprzez światła mijania.
   ODP. Tak, dopuszcza.
8. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. II.2 – prosimy o dopuszczenie normy emisji spalin euro VI.
   ODP. Tak, dopuszcza.
9. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. II.4 – prosimy o dopuszczenie pojazdu z zużyciem paliwa w cyklu mieszanym poniżej 9,5 l/100km.
   ODP. Tak, dopuszcza.

10. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.II.7 – prosimy o dopuszczenie samochodu bez systemu odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania.
    ODP. Tak, dopuszcza.
11. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.II.9 – prosimy o dopuszczenie samochodu bez systemu systemu start stop.
    ODP. Tak, dopuszcza.
12. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.IX.2 – prosimy o dopuszczenie tylko dwóch lamp zamontowanych na grillu.
    ODP. Tak, dopuszcza.
13. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.XI.1 – prosimy o dopuszczenie jednego miejsca na pojemniki ostre (na dwa pojemniki).
    ODP. Tak, dopuszcza.
14. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.XI.2 – prosimy o dopuszczenie przewożenia kamizelki ked, płachty transportowej oraz plecaka/torby w schowku zewnętrznym.
    ODP. Tak, dopuszcza.
15. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.XIII.2 – prosimy o dopuszczenie doświetlania zakrętów poprzez światła przeciwmgielne – będą one zależne od świateł przeciwmgielnych.
    ODP. Tak, dopuszcza.
16. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.XV.2 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonów jakich obecnie używa Zamawiający, aby zaoferować kompatybilny.
    ODP. ICOM
17. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.XV.5 – prosimy o potwierdzenie iż tablet, moduł i drukarka są po stronie Zamawiającego.
    ODP. Tak, Zamawiający potwierdza.
18. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.XV.5 – prosimy o podanie marki i modelu drukarki aby przygotować odpowiedni uchwyt.
    ODP. Drukarka mobilna HP OfficeJet 250
19. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.XV.6 – prosimy o wykreślenie tego punktu – prawdopodobnie wkradł się błąd, ponieważ Zamawiający nie wymaga radiotelefonu przenośnego.
    ODP. Zamawiający wykreśla.
20. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt.XVI.3 – prosimy o dopuszczenie gaśnicy 1 kg.
    ODP. Zamawiający wymaga 2 gaśnice – dopuszcza się 2 szt. 1 kg.
21. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. XVIII.4.4 - prosimy o dopuszczenie gwarancji na adaptację medyczną oraz sprzęt medyczny – 24 miesiące co nie wiąże się z naliczaniem dodatkowych kosztów.
    ODP. Zamawiający dopuszcza.
22. Prosimy o podanie zakładanego szacunkowego przebiegu rocznego samochodu.
    ODP. Ok. 50 000 km.
23. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. XVIII.4.4 - czy koszt przeglądów wraz z dojazdem jeśli chodzi o adaptację medyczną ma być wliczony w cenę oferty co podniesie jej koszt czy użytkownik sam zapłaci za przegląd po wykonaniu usługi?
    ODP. Ma być wliczony w cenę oferty.

24. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. XVIII.4.4 - czy koszt przeglądów okresowych samochodu bazowego ma być wliczony w cenę oferty (np. wymiana oleju), co podniesie jej koszt, czy użytkownik sam zapłaci za przegląd po wykonaniu usługi?
    ODP. Ma być wliczony w cenę oferty.
25. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. XVII.12 – prosimy o podanie marki i modelu respiratora aby przygotować odpowiedni uchwyt – gdyż w opisie nie ma respiratora.
    ODP. Respirator transportowy Parapac.
26. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. XVII.11 – prosimy o podanie marki i modelu defibrylatora aby przygotować odpowiedni uchwyt – gdyż w opisie nie ma defibrylatora.
    ODP. Defibrylator Lifepak 15
27. Dotyczy załącznik nr 1 – pkt. XVII.13 – prosimy o podanie marki i modelu pompy aby przygotować odpowiedni uchwyt – gdyż w opisie nie ma pompy.
    ODP. Pompa ASCOR.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sułtkowska