Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500- lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-204
NIP 579-21-33-296 REGON 220415305

Malbork, 08.06.2022r.

PCZ.ZP.05/14/2022

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) nr sprawy: PCZ.ZP.05/2022

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści:

Poz. 1 płytka stomijna z elastycznym pierścieniem zatrzaskowym w rozmiarze 60 mm/10-55 mm, 70 mm/10-65, łączenie z workiem na kliknięcie, łatwe w obsłudze, nie powoduje ucisku na powłoki brzuszne pacjenta, materiał delikatny dla skóry, hydrokoloidowy przylepiec zapobiegający podrażnieniom skóry wokół stomii, do docinania
ODP. Tak, dopuszcza.

Poz. 2 płytka stomijna rozm. 40 mm/10-35, 50 mm/10-45, 60 mm/10-55 mm, 70mm/10-65, materiał elastyczny, dopasowujący się do kształtów ciała, pochłania wilgoć, przylepiec hydrokoloidowy, o właściwościach ochronnych i gojących, pochłaniający wilgoć, nie powodujący alergii, do docinania
ODP. Tak, dopuszcza.

Poz. 3 worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, kompatybilny z płytką tego samego systemu dwuczęściowego, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka, z warstwą folii chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową, worek o prostym, symetrycznym kształcie, z miękkimi krawędziami, z nieprzepuszczalnego materiału, ujście zakończone wbudowaną plastikową zapinką, nie pochłaniającą zapachów, zapięcie na rzep, kieszonka do schowania zamkniętego ujścia worka
ODP. Tak, dopuszcza.

Poz. 4 pasta stomijna wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z czterech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne, konsystencja zapewnia uszczelnienie przestrzeni pomiędzy płytką a stomią, wypełnia nierówności na skórze, zapobiega przeciekaniu treści jelitowej lub moczu, zawiera alkohol, tubka 60 g.
ODP. Tak, dopuszcza.

Poz. 5 spray do bezpolesnego i szybkiego usuwania przylepca ze skóry stomii, oparty na silikonie, zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry,
ODP. Tak, dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 10 – worki stomijne, płytki pakowane po 5 szt. worki po 30 szt., pasta po 12 szt. w opakowaniu handlowym)?.

ODP. Tak, dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska