Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500- lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-204
NIP 579-21-33-296 REGON 220415305

Malbork, 08.06.2022r.

PCZ.ZP.05/15/2022

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) nr sprawy: PCZ.ZP.05/2022

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pakiet 1 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik foley w rozmiarze 6 z balonem 3ml? Reszta parametrów zgodnie z swz.
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści cewniki foley z balonem 5-10ml? Reszta parametrów zgodnie z swz.
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 3-4
Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze 6CH-24CH?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 3
W związku z brakiem dostępności na rynku cewników Nelaton w rozmiarze CH3 czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie jak dotychczas dostarczanych cewników Nelaton w rozmiarach CH4 i CH6?
ODP. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w sytuacji tymczasowego braku dostępności na rynku złożył wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku wznowienia produkcji /dostępności na rynku Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, z którym zawrze umowę, realizacji zamówienia zgodnie z opisem SWZ tj. we wszystkich rozmiarach określonych w OPZ.

Pakiet 1 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści cewnik z dwoma otworami bocznymi ułożonymi naprzemianlegle?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik bez zatyczki i wkładki?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z zatyczką, bez wkładki redukcyjnej o długości 105cm, ze znacznikami głębokości na 50, 60 i 70 cm od końca dystalnego?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem o pojemności 25ml? Reszta parametrów zgodnie z swz.
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 14, 15
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie produktów sterylnych?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści sterylne woreczki do pobierania próbek moczu? Reszta parametrów zgodnie z swz.
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 17
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy niejałowego z cyfrową podziałką co 250ml, drenem z zaciskiem przesuwnym zakończonym atraumatycznym otworem oraz natłuszczona końcówką?



ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 17
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy z drenem o długości 115cm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 17
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy w opakowaniu foliowym?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 18
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie naczynie nerkowate jednorazowego użytku – wymiar długi 245 mm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 20
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków niesterylnych?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 22
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 24
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie wzierników usznych w rozmiarach 4,0 oraz 2,5 mm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 25
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie torebek na wymioty bez wkładki pochłaniającej zapach i ciesz, wyposażone w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści na zewnątrz?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki papierowej jednorazowego użytku o pojemności 875 ml?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 29
Czy Zamawiający wrazi zgodę na wycenę a'100szt w opakowaniu wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 1, poz. 30
Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany podw1)ójnie wew. folia, zew. papier/folia?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 1
Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytego chromem o wymiarach: 0,8x3,6x0,01cm?
ODP. Nie.

Pakiet nr 7, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z

klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 7, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł z prowadnicą o długości 90mm?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach Ch25-Ch27 o długości 90mm oraz 120mm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści igłę o wymiarach 22G 50mm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści igłę o wymiarach 21G 100mm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści igłę o wymiarach 22G 50mm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści igłę o wymiarach 21G 100mm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści pojemniki 3,5L o wysokości 130mm oraz średnicy górnej/dolnej 230/200mm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 3,5L o wysokości 155mm oraz średnicy górnej/dolnej 240/200mm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 0,7L o wysokości 120mm oraz o kształcie owalu 100/95mm?



ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 60L o wymiarach:

Wysokość (mm)	Średnica górna i dolna (mm)	Waga (kg)
604	390 / 322	2,40

Reszta parametrów jak w swz.

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 25g/m^2, z trokami i zakładkami do mocowania?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie w kolorze niebieskim?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z trokami w pasie i przy szyi?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m^2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w kolorze niebieskim?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m^2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 18, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m^2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków w kolorze różowym i niebieskim z przezroczystym okienkiem i karteczką do opisu?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o opisie:

igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w
samodomykający się kreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
komora wypływu zwrotnego zabezpieczona kreczkiem luer lock
dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G
jednorazowego użytku
nie zawiera lateksu
nie zawiera ftalanów
sterylizowana tlenkiem etylenu
pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru



ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	56
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o opisie:

WŁAŚCIWOŚCI:

- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka motylkowe, bez portu górnego
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- komora wypływu zwrotnego zabezpieczona kreczkiem luer lock
- dostępna w dwóch rozmiarach: 24 G i 26 G
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + laminowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x ¾"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV dostępny w 4 długościach 80cm, 100cm, 125cm i 150cm, w rozmiarach CH5-CH24?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 400mm? Reszta parametrów jak w swz.

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV dostępny w 4 długościach 80cm, 100cm, 125cm i 150cm, w rozmiarach CH5-CH24 bez złączki enfit?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści okulary:

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L
- Bez lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia



S	200 – 280 mm
M	240 – 340 mm
L	300 – 400 mm

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe w rozmiarach s-xl?

ODP. Nie dopuszcza.


Pakiet nr 35, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wąsy wykonane z pcv o śladowej zawartości ftalanów dla noworodków?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 36, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej:



ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 43, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem o długości 34cm +- 1cm?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 43, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik niesterylny? Reszta parametrów jak w swz.

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 43, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne o długości 70cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 43, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane z silikonu o długości 50cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 44, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m^2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 45, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 48, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 150ml?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m^2, pakowane a'20?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'40szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 53, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'40szt pojedynczych szczotek w dyspenserze wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 54, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x22cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODP. Dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska