Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500-lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-204
NIP 579-21-33-296 REGON 220415305

Malbork, 08.06.2022r.

PCZ.ZP.05/22/2022

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) nr sprawy: PCZ.ZP.05/2022

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych, czy dopuszcza zamienniki?

ODP. Zamawiający dopuszcza zamienniki kompatybilne ze wskazanym w OPZ aparatem.

Pakiet 15 poz. 1 ,13

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 101x150 cm (tolerancja +/- 2 cm)

Rdzeń chłonny 50x150 cm

INFORMACJE :

Rozmiar: 101x150 cm ±2cm

Rozmiar rdzenia chłonnego: 50x150 cm

Absorbcja: min. 6500 ml/m2?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Koszulę typ V- Koszula dala pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono.

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 4 , 6

Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków.

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace (wiskozowo poliestrowej), kolor biały, 55g.

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści Spodenki do kolonoskopii z owalnym wycięciem z tyłu , umożliwiającym wykonanie badania, typu szorty, z gumka w pasie.

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: obwód pasie 120cm,

Wykonane z włókniny PP 25g kolor zielony?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści spodenki?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopuści tylko kolor zielony?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podkład papierowy 50 mx 60 cm?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści podkład papierowy 50 x 50 cm?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 15 poz.12

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 cm x 50 m?

Pakiet 15 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 28 g/m2?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 22,23

Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny spunlance?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze- rozmiar: 38cm x 49 cm, kieszeń 11cm x 34,5 cm

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Wyrób z włókniny polipropylenowej z nałożoną warstwą antyelektrostatyczną. Pokrowiec posiada na przeciwległych końcach specjalne zakładki umożliwiające wsunięcie pokrowca na nosze. Rogi pokrowca zaokrąglone. Wyrób niesterylny.?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopuści rozmiar 80 cm x 195 cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopuści gramaturę min 40 g/m2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuści kolor niebieski?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch mocowany na troki w pasie i na szyi?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopuści rozmiar 71x120 cm?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 3

Czy można zaoferować cenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości ?

ODP. Nie, ale zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej do 4 cyfr po przecinku.

Pakiet 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a 100 sztuk?

ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kolor zielony i niebieski?

ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 45 g/m2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopuści fartuchy z włókniny PP?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 30 g/m2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 35 g/m2?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 32

Czy Zamawiający wymaga aby na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz nr. ostrza?

ODP. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pakiet 55

Czy Zamawiajacy dopuści Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała.

Rozmiar i wyprofilowany kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 115g nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym

pH 5,5 oraz spunlance 40g (bez mydła).

Sposób użycia:

- Zwilżyć małą ilością wody
- Namydlić delikatnie skórę

Rozmiar: 17 cm x 23 cm

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 55

Czy Zamawiający dopuści Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała.

Rozmiar i wyprofilowany kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 120g nasączona jednostronnie mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g (bez mydła). Mydło uaktywnia się po zwilżeniu

woda. Myjka połączona metodą ultradźwiękową .

Wyrób jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani formaldehydu.

Sposób użycia:

- Zwilżyć małą ilością wody
- Namydlić delikatnie skórę

• Po zakończeniu mycia należy osuszyć ciało (bez spłukiwania) stosując rękawicę do wycierania Neo – Line Dry M.

Rozmiar: 17 cm x 24.5 cm

ODP. Dopuszcza.

Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 40 g/m2?

ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska