Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500-lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-204
NIP 579-21-33-296 REGON 220415305

Malbork, 09.06.2022r.

PCZ.ZP.05/19/2022

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) nr sprawy: PCZ.ZP.05/2022

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Dotyczy zapisów SWZ:
1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
ODP. Zamawiający nie stawiał takiego wymogu.

Dotyczy Parametry Techniczne:

2. Dotyczy Pakietu nr 40 poz. 5

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?
ODP. Tak.

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?
ODP. Tak.

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?
ODP. Tak.

3. Dotyczy Pakietu nr 40 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników biologicznych pary wodnej z ostatecznym odczytem po 24h inkubacji, spełniających pozostałe wymagania SWZ?
ODP. Dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska