Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. 500- lecia 23
82-200 Malbork woj. pomorskie
tel. (55) 6460-204
NIP 579-21-33-296 REGON 220415305

Malbork, 09.06.2022r.

PCZ.ZP.05/27/2022

Uczestnicy postępowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) nr sprawy: PCZ.ZP.05/2022

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 5-15 ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Foley bez prowadnicy?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru cewnika wytłoczone na porcie odprowadzającym?
ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik jałowy, natomiast bez oznaczenia daty jałowości na opakowaniu?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 3, 4
Czy Zamawiający dopuści cewnik jałowy, natomiast bez oznaczenia daty jałowości na opakowaniu?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik jałowy, natomiast bez oznaczenia daty jałowości na opakowaniu?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści o pojemności 20 ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści wężyk min 90 cm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści cewnik jałowy, natomiast bez oznaczenia daty jałowości na opakowaniu?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści wężyk min 90 cm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści podziałkę co 250 ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 20
Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30 ml?
ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 22
Czy Zamawiający dopuści komorę pomiarową 400 ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 22
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru co najmniej co 100 ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 22
Czy Zamawiający dopuści worek na mocz 2,6 L?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 24
Czy Zamawiający dopuści tylko w rozmiarach 4.0 oraz 2.5?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści objętość pływową 150-1500 ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy

30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zawierający PCV?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką LUER
- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN"
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu, światłowodową, jednorazową, typ McIntosh, rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 – wszystkie rozmiary od jednego producenta. Wymiary łyżek 3 i 4 odpowiednio: dla rozmiaru 3 - długość całkowita: 135 mm, długość robocza: 107 mm, szerokość końcówki dystalnej: 12 mm, szerokość łyżki od strony wprowadzenia rurki: 16 mm, odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu: 47 mm; dla rozmiaru 4 - długość całkowita: 155 mm, długość robocza: 127 mm, szerokość końcówki dystalnej: 12 mm, szerokość łyżki od strony wprowadzenia rurki: 16 mm, odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu: 54 mm. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Nieodkształcające się łyżki wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła. Średnica światłowodu 5 mm. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących. Długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 8 mm. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 19 mm / 23 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu (przekreślona cyfra 2) naniesione bezpośrednio na łyżce, opakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 3 lat. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta.

ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazową łyżkę do laryngoskopu metalową typu McIntosh w rozmiarach: 1, 2, 3, 4?

ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżkę i rękojeść pakowane osobno?

ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym

wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?
ODP. Dopuszcza.


Pakiet nr 8 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości maksymalnej 200 cm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości maksymalnej 180 cm z trzecią rurą o długości maksymalnej 120 cm oraz workiem oddechowym 2L?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści ramię dodatkowe bez zawieszki?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości maksymalnej 180 cm z trzecią rurą o długości maksymalnej 120 cm oraz workiem oddechowym 2L?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 9
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie łącznika kominka ruchomego 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, kompatybilnego z układami oddechowymi i anestetycznymi, jak na zdjęciu poniżej:



010-645

ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650 ml?

ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zastawki PEEP po zastosowaniu dodatkowych złączek?
ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 5 w zestawie, natomiast maskę nr 4 dołączoną osobno?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści resuscytator tylko z maską nr 5?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenu 2000 ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści długość prowadnic odpowiednio:

- CH06 – 255 mm;
- CH10 – 340 mm;
- CH12 – 340 mm;
- CH14 – 340 mm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści jednorazową łyżkę do laryngoskopu metalową typu McIntosh, która nie zwiera lateksu, szczególnie skuteczna w sytuacjach awaryjnych, mocowanie w kolorze fioletowym, podwójne światło UV/LED, światłowód osłonięty, rozmiary: 1, 2, 3, 4?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści maskę bez użebrowania w kolorze mankietu na kopule maski?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w rozmiarach 1 – 6?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści następujące oznaczenia kolorystyczne:

- 0 - biały
- 1 - różowy
- 2- żółty

- 3- zielony
- 4- czerwony
- 5-niebieski
- 6 – pomarańczowy?

ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz słownie na korpusie maski?

ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści następujące objętości martwych przestrzeni:

- 0 – 25 ml
- 1 – 47 ml
- 2 – 83 ml
- 3 – 125 ml
- 4 – 195 ml
- 5 – 242 ml
- 6 – 330 ml?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości maksymalnej 200 cm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości maksymalnej 180 cm z trzecią rurą o długości maksymalnej 120 cm oraz workiem oddechowym 2L?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez pułapki wodnej?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30 mm?

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36 x 42 mm z wyprofilowaniem uchwytowym w górnej części?

ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36 x 50 mm z wyprofilowaniem uchwytowym w górnej części?
ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm bez uszka?
ODP. Nie dopuszcza

Pakiet nr 14 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36 x 50 mm z wyprofilowaniem uchwytowym w górnej części?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane po 50 sztuk?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 4
Czy Zamawiający oczekuje 50 sztuk czy też 50 kompletów (komplet = 2 sztuki) elektrod?
ODP. 50 kompletów.

Pakiet nr 14 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości sztuk na komplety a'2 sztuki?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 5
Czy Zamawiający oczekuje 40 sztuk czy też 40 kompletów (komplet = 2 sztuki) elektrod?
ODP. 40 kompletów.

Pakiet nr 14 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości sztuk na komplety a'2 sztuki?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50x100?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 6
Czy Zamawiający oczekuje 350 sztuk czy też 350 opakowań (opakowanie = 4 sztuki) elektrod?
ODP. Zamawiający oczekuje 350 sztuk.

Pakiet nr 14 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości sztuk na opakowania a'4 sztuki i zaokrąglenie ilości w górę?
ODP. Nie.

Pakiet nr 39 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga, aby szczoteczka do zębów z możliwością odsysania była wyrobem medycznym klasy IIa? W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, szczoteczkę do zębów lub gąbkę z odsysaniem należy traktować jako inwazyjne wyroby medyczne stosowane przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczone do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym (źródło ssania) klasy IIa lub wyższej (reguła 5 lit.b). Wobec powyższego stanowią one wyroby medyczne klasy IIa.
ODP. Tak.

Pakiet nr 55 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga, aby myjki w formie rękawicy były nasączone środkiem myjącym?
ODP. Dopuszcza.

Pakiet nr 55 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek w opakowaniu a'20 sztuk?
ODP. Dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska