Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
PODMIOT LECZNICZY
82-200 Malbork, ul. 500-Lecia 23
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.pl

Malbork, 27.02.2023r.

PCZ.ZP.03/11/2023

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) – postępowanie uzupełniające, nr sprawy: PCZ.ZP.03/2023

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pakiet 1 pozycja 1-8
Czy Zamawiający dopuści oznakowanie kolorystyczne opakowania zbiorczego igieł? Brak zróżnicowania kolorystycznego opakowania jednostkowego.
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igłę 0,3x12mm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści igłę do penów 0,25x5mm zamiast 6mm?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą o rozmiarze 0,4x10 lub 0,5x16mm?
ODP. Zamawiający dopuszcza strzykawkę do tuberkuliny z igłą o rozmiarze 0,4x10mm.

Pakiet 1 pozycja 16-19
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalowaniem:
co 0,1ml dla pojemności 2ml
co 0,2 ml dla pojemności 5ml
co 0,5 ml dla pojemności 10ml
co 1ml dla pojemności 20ml?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowanie a50 wraz z ich wycena i przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Tak, dopuszcza opakowanie a50 z odpowiednim przeliczeniem.

Pakiet 1 pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skala co 0,5ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opak a50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 21-22
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem 50/60ml?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 25-26
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opak a25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 25-26
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dołączonymi dwoma łącznikami luer?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 27-28
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji trzykanałowy o parametrach:

Kateter rozmiar / długość	Dilatator rozmiar	Igła rozmiar	Prowadnik rozmiar / długość
7F (16G, 18G, 18G) / 15cm/16 cm lub 20 lub 30 cm	8F	18G/7 cm	.035" / 60 cm - typ "J"

ODP. Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 pozycja 27-28
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższych pozycji, co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści igłę tępą, polerowane elektronicznie ścięcie pod kątem 40°, o długości 40 lub 25mm dla rozmiaru 18G?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 31
Czy Zamawiający, w związku z tym, iż nakłuwacze firmy Medlance są wycofywane z rynku, zgodzi się na zaoferowanie nakłuwaczy jak na zdjęciu z trójpłaszczyznowym ostrzem o rozmiarze igły 23G oraz 21G i o głębokości nakłucia analogicznie 1,8mm oraz 2,4mm?



ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o przepływie 350ml/min oraz z czasem użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 2 pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną o rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	56
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opak a100 wraz przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opak a50 wraz przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 2 pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi?
ODP. Zgodnie z SWZ..

Pakiet 2 pozycja 1-3
Czy Zamawiający określając w wymogach nakaz dołączenia potwierdzenia spełniania wymogów rejestru wyrobów medycznych, ma na myśli dołączenie do oferty samego certyfikatu CE czy ma na myśli komplet dokumentów (ce+dz+urpl)?
ODP. Zamawiający dokonuje sprostowania, że wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych określonych tylko bezpośrednio w treści SWZ.

Pakiet 2 pozycja 4,6
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższych pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m^2, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
ODP. Dopuszcza.

Pakiet 12 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opak a144 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP. Nie dopuszcza.

Pakiet 12 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaciskacza sterylnego białego?



ODP. Dopuszcza.

Pakiet 13 pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?
ODP. Nie.

Pakiet 13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową wykonaną z PVC?
ODP. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 13 pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?
ODP. Tak.

Pakiet 13 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?
ODP. Nie oczekuje.

Pakiet 13 pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?
ODP. Nie oczekuje.

Pakiet 13 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komorą kroplową o długości całkowitej 60mm, z ostrym, zmatowionym kolcem w kolorze białym?
ODP. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13 pozycja 2
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?
ODP. Nie oczekuje.

Pakiet 13 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z drenem bez filtra na zakończeniu? Filtr na końcu komory kroplowej?
ODP. Nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska