Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
PODMIOT LECZNICZY
82-200 Malbork, ul. 500-Lecia 23
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.pl

Malbork, 19.05.2023r.

PCZ.ZP.11/2/2023

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora, nr sprawy: PCZ.ZP.11/2023

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

1. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, formularz asortymentowo-cenowy:**

W celu umożliwienia precyzyjnego skalkulowania oferty zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie częstotliwości wykonywania kontroli dla parametrów morfologicznych i retikulocytarnych.

ODP. Kontrola 1x dziennie, 3 poziomy dla parametrów morfologicznych i retikulocytów.

2. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, formularz asortymentowo-cenowy:**

W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wykonywanie badań z płynów z jam ciała zwracamy się także z zapytaniem czy wymaga dostarczenia osobnego materiału kontrolnego do płynów z jam ciała wykonywanego codziennie na 3 poziomach, co jest zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną? Jeśli tak, prosimy o określenie częstotliwości z jaką wykonywana będzie kontrola jakości dla płynów z jam ciała, co pozwoli na dokładniejsze skalkulowanie oferty.

ODP. Na 2 poziomach - 1 zestaw na kwartał.

3. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 7:**

Czy Zamawiający wymaga, aby parametry służące do oceny tzw. „dużych płytek" były parametrami diagnostycznymi, wyrażanymi w wartościach procentowych (P-LCR) i bezwzględnych (P-LCC)?

ODP. Nie wymaga, ale dopuszcza.

4. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator oznaczający odsetek mikrocytów i makrocytów oraz prezentujący wyniki tych parametrów w zakładce „Inne parametry" tzw. parametry badawcze?

ODP. Nie. Zgodnie z SWZ.

5. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 12:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów, które dokonują automatycznej korekty liczby WBC o erytroblasty w każdej morfologii CBC oraz CBC+DIFF? Powyższy wymóg eliminuje istotny problem, jakim są fałszywie zawyżone wyniki WBC u pacjentów z dużą ilością erytroblastów, co pozwala na uniknięcie błędnych decyzji klinicznych.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

6. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 16:**

Czy Zamawiający uzna za równoważny analizator raportujący na wyniku pacjenta następujące parametry retikulocytarne: RET#, RET%, RHE, IRF, LFR, MFR, HFR?

ODP. Nie. Zgodnie z SWZ.

7. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 19:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie nazwy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego stosowanego w Laboratorium.

ODP. Aktualnie Infinity Roche

8. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 21:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby objętość aspirowanej próbki do oznaczeń CBC-5Diff wynosiła nie więcej niż 35 µl dla obu analizatorów?

Zwracamy uwagę, iż wymóg wykonania oznaczenia z minimalnej ilości krwi nie powinien być ograniczany zdolnością aparatu do wykonania badania, lecz minimalną objętością próbki koniecznej do pobrania od pacjenta w celu zapewnienia właściwej jakości próbki. Obecnie na rynku najmniejsze probówki pierwotne wymagają minimum 200 ul dla krwi włośniczkowej i 1000 ul dla krwi żylnej z czego do badania pobierana jest minimalna ilość z podanych objętości krwi. W przypadku konieczności wykonania rozmazu – w trybie manualnym lub automatycznym na aparacie ilość krwi pozostała w probówce po analizie zapewnia uzyskanie dobrej jakościowo próbki. Ponadto krew pobrana do probówki hematologicznej nie może być wykorzystana w żadnym innym rodzaju badań ze względu na zastosowanie antykoagulantu, w związku z czym wprowadzenie powyższego zapisu nie ma istotnego znaczenia praktycznego.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

9. **Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 24:**

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie materiału kontrolnego osobnego dla parametrów krwi obwodowej i retykulocytów?

Zaproponowane przez nas rozwiązanie nie wymaga od użytkownika dodatkowych czynności manualnych (krew kontrolna jest wprowadzana do analizatora w trybie automatycznym z podajnika i nie generuje dodatkowej pracy dla osoby obsługującej analizator). Powyższego wymogu nie uzasadniają także obawy przed wyższym kosztem dwóch rodzajów materiałów kontrolnych, ponieważ w przypadku, jeśli oferta Wykonawcy oferującego dwa rodzaje kontroli będzie korzystniejsza cenowo od oferty Wykonawcy oferującego jeden rodzaj kontroli to względy ekonomiczne pozwolą na bezdyskusyjny wybór oferty najkorzystniejszej.

ODP. Nie uzna - zamawiający wymaga jednego wspólnego materiału kontrolnego dla krwi obwodowej i retikuloctów

10. Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 24:

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wymaga skalkulowania oferty z uwzględnieniem okresu stabilności materiału kontrolnego od otwarcia danej fiolki, który określa producent?

ODP. Zamawiający wymaga skalkulowania ilości materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów

11. Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 25:

Wymóg automatycznego przesyłania wyników kontroli bezpośrednio z aparatów do systemu informatycznego firmy StandLab wiąże się z koniecznością podłączenia do sieci Internet, co stanowi istotne zagrożenie dla ochrony danych wrażliwych znajdujących się w pamięci aparatu. Z tego powodu zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wyniki kontroli mogą być wysyłane za pośrednictwem jednostki sterującej analizatorem, co będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym?

ODP. Zgodnie z SWZ.

12. Dotyczy Załącznika nr 5 OPZ, Pakiet 3, parametr techniczny nr 40:

Czy Zamawiający uzna za równoważną ofertę, w której instrukcja użytkowania w języku polskim będzie dostępna w pamięci komputera jednostki sterującej analizatorem, pozwalająca w razie pojawienia się błędów na szybkie wyszukanie opisu błędów i proponowanych działaniach naprawczych? Proponowane rozwiązanie nie wpływa w żaden sposób na pracę analizatora ani komfort Użytkownika a różnice wynikają jedynie z odmiennych rozwiązań technicznych stosowanych przez różnych producentów.

ODP. Zgodnie z SWZ.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska