Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
PODMIOT LECZNICZY
82-200 Malbork, ul. 500-Lecia 23
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.pl

PCZ.ZP.13/1/2023

Malbork, 29.05.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim), nr postępowania PCZ.ZP.13/2023

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pytania dotyczące treści OPZ:

Dotyczy Pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający oczekuje preparatu o możliwości wielokrotnego używania, zachowującego aktywność bójczą do 45 dni ?
2. Czy Zamawiający oczekuje, aby preparat wg najnowszej medycznej normy sporobójczej EN 17126, osiągał czasy: S: B.subtilis/B.cereus - 15 min. oraz C.difficile RO27 - 30 minut?
3. Czy Zamawiający wymaga preparatu gotowego do użycia, nie wymagającego aktywacji?
4. Czy ze względu na zastosowanie preparatu w obszarze medycznym, Zamawiający wymaga aby preparat był sporobójczy zgodnie z obowiązującą dla obszaru medycznego normą EN 17126?
5. Czy ze względu na zastosowanie preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów giętkich Zamawiający oczekuje potwierdzonego działania wirusobójczego zgodnie z obowiązującą dla obszaru medycznego normą EN 14476 na szczepach normatywnych Polio, Adeno, Noro?

ODP.

pyt. nr 1 : Tak Zamawiający oczekuje preparatu o możliwości wielokrotnego używania, zachowującego aktywność bójczą do 45 dni

pyt. nr 2 : TAK, Zamawiający oczekuje , aby preparat spełniał wymagania zgodnie z normą sporobójczą EN 17126.

pyt. nr 3 : TAK, Zamawiający wymaga preparatu gotowego do użycia, nie wymagającego aktywacji.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
PODMIOT LECZNICZY
82-200 Malbork, ul. 500-Lecia 23
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.pl

pyt. nr 4 : TAK, Zamawiający wymaga, aby preparat zachowywał aktywność sporobójczą zgodnie
z normą EN 17126.
pyt. nr 5 : TAK, Zamawiający oczekuje potwierdzonego działania wirusobójczego na szczepach normatywnych : Polio, Adeno, Noro - zgodnie z normą EN 14476.

Dotyczy Pakietu nr 12

1. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie dichlorocyjanuranu sodu, spełniający wszystkie wymogi SWZ Zamawiającego?

ODP. TAK , Zamawiający dopuści preparat na bazie dichlorocyjanuranu sodu, spełniający wszystkie pozostałe 9 wymagań Zamawiającego, zawarte w SWZ.

Justyna Rutkowska