Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
PODMIOT LECZNICZY
82-200 Malbork, ul. 500-Lecia 23
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.pl

PCZ.ZP.14/1/2023

Malbork, 29.05.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim), nr postępowania PCZ.ZP.14/2023

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pytania dotyczące treści OPZ:

1. Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści perymetr o parametrach jak poniżej:

Typ czaszy	Hemisferyczna, promień 30cm	
Szerokość pola badanego	100°	
Standardowe statyczne pola testowe	Nazwa pola	liczba punktów pomiarowych
	Full 50°	165
	Glaucoma 22°/50°	101
	Central 30°	117
	Central 22°	93
	Wide 22°/30°	128
	Peripheral 30° to 50°	72
	Macula 10°	45
	Driving 50°/80°	189
Test kinetyczny	Pola testowe: 30°, 40°, 50°	
	Kąty meridian: 0° do 360° z krokiem 10°, 15°, 20°, 30° lub 45°	
	Liczba izopter: 1 do 8	
	Prędkość bodźca: 2°/s, 4°/s, 6°/s, 8°/s	
Rodzaj bodźca	Czołowa projekcja LED	
Kolor bodźca	Zielony, Czerwony, Niebieski, Biały	
Rozmiar bodźca	Goldmann I do V	
Jasność bodźca	0.03 asb do 10000 asb w 15 3dB lub 45 1dB krokach	

Czas trwania bodźca	Zmienny : 0.1 to 9.9s	
Czas odpowiedzi	Zmienny : 0.1 to 9.9s	
Czas pomiędzy prezentacjami bodźca	Zmienny : 0.1 to 9.9s	
Podświetlenie czaszy	Białe 10asb (3.2 cd/m2) dla bodźca zielonego i czerwonego Białe 31.5asb (10 cd/m2) dla bodźca białego Żółte 100 cd/m2 dla bodźca niebieskiego Automatyczna regulacja jasności	
Kontrola położenia oka	Heijl-Krakau – metoda detekcji plamki ślepej Cyfrowa za pomocą kamery CCD	
Punkt fiksacyjny	Centalny - Zielony 565nm 30 stopni - Czerwony 660nm FOVEA - czerwony 700nm	
Rozmiar szkieł korekcyjnych	38 mm	
Czasza pomiarowa	Wymiary W/S/D	633 x 566 x 396 mm
	Waga	30kg
	Napięcie zasilania	110-230 VAC 50/60 Hz
	Pobór mocy	Max 95W
Podbródek	Elektryczny	
Bezpieczniki	2 x T 800mA	

Z kompatybilnym stolikiem i drukarką?

ODP.

Zamawiający dopuszcza perymetr o parametrach powyżej, jednakże bez kompatybilnego stolika i drukarki.

Justyna Rutkowska