Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
PODMIOT LECZNICZY
82-200 Malbork, ul. 500-Lecia 23
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.pl

PCZ.ZP.14/5/2023

Malbork, 02.06.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim), nr postępowania PCZ.ZP.14/2023

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pyt. 1 dot. pkt. 9

1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy ultrasonografu od 2,0 do 16,0 MHz określonym poprzez częstotliwości fundamentalne pracy głowic ultrasonograficznych współpracujących z oferowanym aparatem?

ODP. Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy ultrasonografu od 2,0 do 16,0 MHz określonym poprzez częstotliwości fundamentalne pracy głowic ultrasonograficznych współpracujących z oferowanym aparatem.

Pyt. 2 dot. pkt. 16

1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z jednym portem HDMI?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z jednym portem HDMI.

Pyt. 1 dot. pkt. 3

1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z regulacją głębokości obrazowania min. 2-40cm?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z regulacją głębokości obrazowania min. 2-40cm.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
PODMIOT LECZNICZY
82-200 Malbork, ul. 500-Lecia 23
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.pl

Pyt. 2 dot. pkt. 7

1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez regulacji wzmocnienia poprzecznego wiązki (LGC)?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez regulacji wzmocnienia poprzecznego wiązki (LGC).

Pyt. 1 dot. pkt. 1.3

1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z elektroniczną szerokopasmową głowicą liniową o liczbie elementów 192?

ODP. Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z elektroniczną szerokopasmową głowicą liniową o liczbie elementów 192.

Pyt. 2 dot. pkt. 2.1 i 2.3

1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z głowicą konweksową o kącie skanowania 58 stopni, zakresie pracy 2-8MHz i liczbie elementów 192?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z głowicą konweksową o kącie skanowania 58 stopni, zakresie pracy 2-8MHz i liczbie elementów 192.

Pyt. 3 dot. pkt. 3.1, 3.2 i 3.3

1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z głowicą endowaginalną o częstotliwości pracy 4-9 MHz, liczbie elementów 128 i kącie pola obrazowania głowicy 148 stopni?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z głowicą endowaginalną o częstotliwości pracy 4-9 MHz, liczbie elementów 128 i kącie pola obrazowania głowicy 148 stopni.

Justyna Rotkowska